

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-275	REFERENCIA PS/PL/120930
PRODUCTO Resucitadores manuales BVM, adultos y pediátricos. Ver productos afectados, referencias, UDI-DI y lotes en la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA El sistema de resucitación manual está pensado para la asistencia ventilatoria manual y la reanimación pulmonar.	
FABRICANTE Intersurgical Ltd., Reino Unido.	
DISTRIBUIDOR Intersurgical España S.L.U., C/Plasencia 39, Pol. Ind. Las Nieves, 28935 Móstoles, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad y cese de utilización de determinados resucitadores manuales BVM debido a la posibilidad de que falte una de las válvulas situadas en la parte posterior del dispositivo.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

