

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| | |
|---|------------------------------------|
| Nº DE ALERTA: 2025-647 | REFERENCIA PS/MAM/130581 |
| PRODUCTO Sistema de tubos Artiseta HD DNL HC. Código de producto: 955549 | |
| FINALIDAD PREVISTA Circuito de sangre extracorpóreo en tratamientos de hemodiálisis bipunción en el sistema Artiseta. | |
| Nº LOTE 25E06T104 | |
| FABRICANTE Gambro Dasco S.P.A. Italia. | |
| DISTRIBUIDOR Vantive Health S.L. Pol. Ind.Sector 14 C/ Pouet de Camilo nº 2. 46394, Ribarroja del Turia. Valencia. | |
| ASUNTO Retirada del mercado de las unidades del lote 25E06T104 de los sistemas de tubos Artiseta HD DNL HC que por error no se hayan acondicionado en su envase individual debido a que no son estériles. | |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa | |



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

