

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2025-641	<b>REFERENCIA</b> PS/PL/129910
<b>PRODUCTO</b> Analizadores UniCel Dxl 600 y 800. Ver números de piezas y UDI de los productos afectados en la nota de aviso de la empresa.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Determinación cuantitativa, semicuantitativa o cualitativa de diversas concentraciones de analitos que se encuentran en los fluidos corporales humanos.	
<b>FABRICANTE</b> Beckman Coulter, Inc., EEUU.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Beckman Coulter S.L.U., Pza Europa 41-43, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad relacionadas con determinados Analizadores UniCel Dxl 600 y 800, debido a la posibilidad de que no se reinicien correctamente tras un apagado estándar.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

