

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2025-279	<b>REFERENCIA</b> PS/MJF/121252
<b>PRODUCTO</b> Kit Alinity i Total PSA Reagent Kit, referencias 07P9220 y 07P9230. Ver UDI afectados en la nota de aviso de la empresa.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Determinación cuantitativa de antígeno prostático específico total (tanto PSA libre como PSA ligado a alfa-1-antiquimotripsina) en suero humano en el analizador Alinity i.	
<b>Nº LOTE</b> Ver números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.	
<b>FABRICANTE</b> Abbott Ireland Diagnostics Division, Irlanda.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Abbott Diagnostic European distribution centre. Max-Planck-Ring, 2. 65205, Wiesbaden. Alemania.	
<b>ASUNTO</b> Cese de utilización de determinados lotes del Kit Alinity i Total PSA Reagent, referencias 07P9220 y 07P9230, debido a la posibilidad de obtener resultados falsamente elevados en muestras de pacientes.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

