

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| | |
|--|------------------------------------|
| Nº DE ALERTA: 2025-281 | REFERENCIA PS/EML/121250 |
| PRODUCTOS <ul style="list-style-type: none"> • Aplicador de punta extendida (XTA) de 8 cm. Referencia: 205108, UDI: 10381780000143. • Aplicador de punta extendida (XTA) de 15 cm. Referencia: 205115, UDI: 10381780000150. | |
| FINALIDAD PREVISTA Administración simultánea de las dos soluciones no homogéneas de DuraSeal en una zona quirúrgica. | |
| Nº LOTE Todos los lotes no caducados. | |
| FABRICANTE INTEGRA LIFESCIENCES CORPORATION, EEUU. | |
| DISTRIBUIDOR PRIM S.A. C/ Yolanda González nº 15. 28938, Móstoles. Madrid. | |
| ASUNTO Retirada del mercado de los aplicadores de punta extendida (XTA) de 8 cm y de 15 cm, referencias 205108 y 205115 respectivamente, debido a la posibilidad de que dichos productos no estén correctamente esterilizados. | |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none"> • Nota de aviso para profesionales sanitarios • Nota de aviso para distribuidores | |



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

