

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-282	REFERENCIA PS/EML/121251
PRODUCTO Aplicador MicroMyst. Referencia: 205000DS y UDI: 10381780000112.	
FINALIDAD PREVISTA Administración de las dos soluciones precursoras DuraSeal en una zona quirúrgica.	
Nº LOTE Todos los lotes no caducados.	
FABRICANTE INTEGRA LIFESCIENCES CORPORATION, EEUU.	
DISTRIBUIDOR PRIM S.A. C/ Yolanda González nº 15. 28938, Móstoles, Madrid.	
ASUNTO Retirada del mercado del aplicador MicroMyst, referencia: 205000DS, debido a la posibilidad de que dichos productos no estén correctamente esterilizados.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">• Nota de aviso para profesionales sanitarios• Nota de aviso para distribuidores	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

