

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-290	REFERENCIA PS/MJF/120789
PRODUCTO Equipo de stents ureterales blandos y rígidos Universa: <ul style="list-style-type: none">• UDI-DI para las referencias USI afectadas: SOFT0827002CIRL202007008009CD• UDI-DI para las referencias UFI afectadas: FIRM0827002CIRL202309008036FP Ver referencias USI y UFI y lotes afectados en el documento adjunto lista de productos afectados.	
FINALIDAD PREVISTA Drenaje interno temporal desde la unión ureteropélvica a la vejiga urinaria.	
FABRICANTE Cook Ireland Ltd, Irlanda	
DISTRIBUIDOR Cook Medical EUDC; Robert-Koch-Straße, 2. 52499 Baesweiler, Alemania.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de equipos de stents ureterales blandos y rígidos Universa, debido a que la esterilidad podría estar comprometida.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">• Nota de aviso empresa• Lista de productos afectados	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

