

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-245	REFERENCIA PS/AVG/120428
PRODUCTO Bombas de infusión ambulatorias CADD-Solis y CADD-Solis VIP. Ver modelos afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE ICU Medical Inc, EEUU.	
DISTRIBUIDOR Smiths Medical España, SRL. Avenida Diagonal 635, 08028, Barcelona.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con las bombas de infusión CADD-Solis y CADD-Solis VIP, debido a la posibilidad de experimentar un daño térmico.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

