

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-285	REFERENCIA PS/RJC/121263
PRODUCTOS <ul style="list-style-type: none">Fémur proximal MUTARS.Fémur proximal de revisión MUTARS. Ver productos afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Componentes femorales destinados a reemplazar la parte proximal del fémur en casos de reemplazo femoral proximal o total.	
FABRICANTE Implantcast GmbH, Alemania.	
DISTRIBUIDOR MBA INCORPORADO, S.L, Avenida del Jardín Botánico, 1345 (Silos Intra), 33203 Gijón, Asturias.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con los sistemas fémur proximal MUTARS y fémur proximal de revisión MUTARS, debido a la modificación de las limitaciones de peso.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa.Instrucciones de uso actualizadas	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

