

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-303	REFERENCIA PS/PRV/121162
PRODUCTOS Todos los consumibles fabricados por Medtron AG.	
FINALIDAD DE USO Los consumibles de MEDTRON AG están diseñados para la inyección de medios de contraste en exámenes de TAC, resonancia magnética y angiografía. Están formados por jeringas, sets de administración, sistemas de tubos, accesorios, etc, para ser utilizados con el inyector de medios de contraste Accutron.	
FABRICANTE MEDTRON AG, Alemania.	
DISTRIBUIDOR Izasa Hospital, S.L.U, Plaza de Europa, 21-23, 08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)	
ASUNTO Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso relacionadas con todos los consumibles fabricados por Medtron AG, limitando su uso a pacientes con un peso corporal igual o superior a 10 kg, debido a que no se puede certificar que cumplan los requisitos relativos al contenido residual de óxido de etileno.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">• Nota de aviso empresa.• Listado de productos afectados.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

