

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2025-304	<b>REFERENCIA</b> PS/PL/121619
<b>PRODUCTO</b> Kit para procedimiento de fotoaféresis THERAKOS® CELLEX®, código de producto CLXECP.	
<b>Nº LOTE</b> N244, N245, N246.	
<b>FABRICANTE</b> Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Limited, Irlanda.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Limited, Irlanda.	
<b>ASUNTO</b> Retirada del mercado de determinados lotes de los kits de fotoaféresis THERAKOS CELLEX, debido a la posibilidad de que el bol de la centrifugadora no se instale correctamente pudiendo desprenderse durante el funcionamiento.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

