

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-308	REFERENCIA PS/RJC/121640
PRODUCTO <ul style="list-style-type: none"> • Spectral CT. Referencia 728333. Identificador de dispositivo (01)00884838101111. • Spectral CT China. Referencia 728340. Identificador de dispositivo (01)00884838111103. • Spectral CT Plus China. Referencia 728344. Identificador de dispositivo (01)00884838117822. • Spectral CT RT. Referencia 728343. Sin identificador de dispositivo. 	
FINALIDAD PREVISTA Escáner de tomografía computarizada diseñado para producir imágenes transversales del cuerpo mediante una reconstrucción por ordenador de los datos adquiridos mediante rayos X en diferentes ángulos y planos.	
VERSION SOFTWARE V5.0 y V5.2	
FABRICANTE Philips Medical Systems Nederland B.V., Países Bajos.	
DISTRIBUIDOR Philips Ibérica S.A.U., C/ María de Portugal, 1, 28050 Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas Spectral CT, debido a dos problemas de movimiento no intencionado relacionados con el botón de movimiento del panel táctil del control intervencionista y el mecanismo de flotación libre; así como problemas adicionales de software.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none"> • Nota de aviso empresa 	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

