

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-314	REFERENCIA PS/RJC/121595
PRODUCTO Apex Knee Revision Stems. Ver números de producto en el anexo 1 de la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Vástagos destinados para su uso en una sustitución total de rodilla primaria o de revisión.	
Nº LOTE Ver nºs de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Corin Ltd, Reino Unido.	
DISTRIBUIDOR MBA Incorporado, Avenida del Jardín Botánico 1345, Silos del Intra, 33203 Gijón, Asturias.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados lotes de Apex Knee Revision Stems debido a que se han envasado en bolsas caducadas y pueden ocasionar un problema de esterilidad.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

