

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2025-316	<b>REFERENCIA</b> PS/PRV/121606
<b>PRODUCTO</b> Video Laringoscopio i-View. Referencia: 8008000. UDI-DI: 05030267LARYNAB Fabricados entre enero y julio de 2024	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Facilitar la laringoscopia.	
<b>Nº LOTE</b> 1240555, 1240793, 1241142.	
<b>FABRICANTE</b> Intersurgical Ltd., Reino Unido.	
<b>DISTRIBUIDORES</b> Intersurgical España S.L.U C/Plasencia 39. Pol. Ind. Las Nieves 28935 Móstoles (Madrid)	
<b>ASUNTO</b> Cese de utilización y retirada del mercado de los lotes 1240555, 1240793 y 1241142 de los Video Laringoscopios i-View, referencia 8008000, debido a un posible agotamiento temprano de la batería por un defecto de fabricación.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

