

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-319	REFERENCIA PS/VBR/122151
PRODUCTO <ul style="list-style-type: none">VITROS Chemistry Products Performance Verifier I. Nº de catálogo: 806 7324. UDI-DI: 10758750004317VITROS Chemistry Products Performance Verifier II. Nº de catálogo: 823 1474. UDI-DI: 10758750004577.	
FINALIDAD PREVISTA Control analizado que se utiliza para supervisar el rendimiento en los analizadores VITROS 250/350/5,1 FS/4600/XT 3400 de bioquímica y los VITROS 5600/XT 7600 Integrated Systems.	
FABRICANTE QuidelOrtho Corporation, Estados Unidos.	
DISTRIBUIDOR Ortho Clinical Diagnostics Spain S.L.U., Vía de Los Poblados 1-3, Oficina B, Planta 3ª, Edificio B, P.E. Alvento, 28033, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con los controles VITROS Chemistry Products Performance Verifier I y II, debido a la posibilidad de que no mantengan la estabilidad reconstituida de hasta 7 días pudiendo dar lugar a valores bajos para la colinesterasa cuando se monitorea el rendimiento de los VITROS Chemistry Products CHE Slides.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

