

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-336	REFERENCIA PS/CMAG/122733
PRODUCTO Equipos de cobertura quirúrgica estériles y paños quirúrgicos estériles. Ver referencias y números de lotes afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Establecer una barrera aséptica para prevenir la contaminación de la zona quirúrgica y proteger al paciente de infecciones.	
FABRICANTE Medline International France SAS, Francia.	
DISTRIBUIDOR Medline International Iberia S.L.U. Parque Empresarial San Fernando. Edificio Munich, Planta Baja, local B. Avenida de Castilla, 2. 28830 San Fernando de Henares (Madrid).	
ASUNTO Cese de utilización de determinados equipos de cobertura quirúrgica estériles y paños quirúrgicos estériles de Medline debido a la posibilidad de presentar un agujero cerca de la solapa de cierre del envase exterior, lo que podría comprometer la esterilidad del producto.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

