

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-338	REFERENCIA PS/VBR/121597
PRODUCTO Sistema de Peróxido 3% para lentes de contacto. Ver marcas y referencias afectadas en el anexo I de la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Sistema de desinfección con peróxido y comprimidos neutralizadores, destinado a la limpieza diaria de todo tipo de lentes de contacto (convencionales, blandas, desechables, de hidrogel, de silicona y rígidas permeables al gas).	
Nº LOTE Ver nºs de lote afectados en el anexo I de la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Disop S.A., España. Avenida de Valdeparra 31, 28108, Alcobendas.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados lotes y marcas del sistema de Peróxido 3% para lentes de contacto, fabricado por Disop, debido a la posibilidad de que los comprimidos neutralizadores no se diluyan correctamente, y, en consecuencia, la solución desinfectante no se neutralice completamente.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">• Nota de aviso empresa destinada a clientes• Nota de aviso empresa destinada a usuarios• Anexo I: Listado productos y lotes afectados• Nota informativa AEMPS PS, 29/2025	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

