

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2025-339	<b>REFERENCIA</b> PS/VBR/121838
<b>PRODUCTO</b> VEO peróxido USP 360+36 comprimidos.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Sistema de desinfección con peróxido y comprimidos neutralizadores, destinado a la limpieza diaria de todo tipo de lentes de contacto (convencionales, blandas, desechables, de hidrogel, de silicona y rígidas permeables al gas).	
<b>Nº LOTE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P-1905 con fecha de caducidad 06/2026.</li> <li>• P-1785 con fecha de caducidad 04/2026.</li> </ul>	
<b>FABRICANTE</b> iLents Care S.L., España.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> iLents Care S.L., Calle Pintores 5, 28923, Alcorcón, Madrid.	
<b>ASUNTO</b> Retirada del mercado de los lotes P-1905 y P-1785 del producto VEO peróxido USP 360+36 comprimidos, debido a la posibilidad de que los comprimidos neutralizadores no se diluyan correctamente y, en consecuencia, la solución desinfectante no se neutralice completamente.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota de aviso empresa destinada a clientes</li> <li>• Nota de aviso empresa destinada a usuarios</li> <li>• Nota informativa AEMPS PS, 30/2025</li> </ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

