

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2025-342	<b>REFERENCIA</b> PS/PRV/122556
<b>PRODUCTO</b> INNOVACION VWF Ac. Números de material de Siemens: 10487040/00842768028014, 10873906/00630414639468.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Reactivo para la determinación cuantitativa de la actividad de unión a la GPIb del factor von Willebrand (FvW) como ayuda en el diagnóstico y la supervisión de deficiencias congénitas o adquiridas del FvW en pacientes con trastornos hemorrágicos, o con riesgo de sufrir deficiencia del FvW en plasma humano.	
<b>FABRICANTE</b> Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH, Alemania	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Siemens Healthcare S.L.U., Avda. Leonardo da Vinci 15, 28906 Getafe, Madrid.	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad relacionadas con el reactivo INNOVACION VWF Ac, debido a que el control de calidad y los resultados de las muestras de pacientes podrían estar falsamente elevados.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

