

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-322	REFERENCIA PS/MJF/121373
PRODUCTO Aplicación Dexcom One+ para iOS. UDI: 00386270004307.	
FINALIDAD PREVISTA Aplicación para iOS del sistema de monitorización continua de glucosa (MCG) Dexcom One+.	
VERSION SOFTWARE 1.2	
FABRICANTE Dexcom Inc., EEUU.	
DISTRIBUIDOR Dexcom España, Av. de Aragón, 330, San Blas-Canillejas, 28022 Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad y actualización de software de la aplicación Dexcom One+ para iOS, debido a la posibilidad de que deje de actualizar los valores estimados de glucosa (VEG), lo que podría provocar que las alertas de glucosa no se activen, que no se añadan nuevos VEG al gráfico en la progresión del gráfico de tendencias, que desaparezcan los puntos trazados del gráfico o que el gráfico de tendencias desaparezca por completo.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">• Nota de aviso empresa• Nota informativa PS, 26/2025	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

