

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-344	REFERENCIA PS/PL/122337
PRODUCTO Programador Carelink SmartSync. Ver las aplicaciones descargables afectadas en la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA El programador SmartSync se utiliza para interrogar y programar productos cardiovasculares implantables de Medtronic. El sistema consta de una aplicación descargable, un conector de paciente y una base.	
VERSION SOFTWARE Inferiores a la versión 4.2.3.	
FABRICANTE Medtronic Inc, EEUU.	
DISTRIBUIDOR Medtronic, C/María de Portugal 11, 28050 Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con el programador Carelink SmartSync debido a una posible aparición de una ventana emergente errónea de reinicialización eléctrica tras la interrogación del producto que podría llevar a una revisión innecesaria del sistema.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

