

ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-348	REFERENCIA PS/VCG/MB/7429
PRODUCTO Boneclock. Kit de fresas destinado para oseodensificación	
FABRICANTE PRILANTA SURGICAL, MARALA ROAD, SIALKOT 51310, Pakistán	
DISTRIBUIDOR Profesional sanitario a través de la página web https://boneclock.net/	
ASUNTO Cese de la comercialización y la utilización del producto Boneclock que carece de marcado CE	
INFORMACIÓN ADICIONAL <p>Esta Agencia ha tenido conocimiento de que un profesional sanitario ha comercializado el kit de fresas de oseodensificación Boneclock sin estar provisto del marcado CE y, por lo tanto, sin haber llevado a cabo un procedimiento de evaluación de la conformidad para este producto, por lo que no se puede asegurar su seguridad y funcionamiento y su uso podría suponer un riesgo para la salud. Además, el producto se distribuye sin etiquetado ni instrucciones de uso.</p> <p>El kit Boneclock se promociona en la página web https://boneclock.net/ y se ha distribuido a partir de los datos de contacto que figuran en dicha web.</p> <p>La AEMPS ha requerido a dicho profesional sanitario, como distribuidor del producto Boneclock, a cesar voluntariamente su comercialización y utilización en España.</p>	
INFORMACIÓN PARA PROFESIONALES SANITARIOS Si dispone del producto indicado, deje de utilizarlo y pónganse en contacto con su distribuidor	
DOCUMENTOS ADJUNTOS <ul style="list-style-type: none">Nota informativa 31/2025	

