

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2025-361	PS/RJC/121929
PRODUCTO	
<ul style="list-style-type: none"> • Cánula Guedel de una sola pieza, tamaño 2, ISO 8.0, verde. Referencia 1112080. UDI-DI 5030267050659. • Cánula Guedel de una sola pieza, tamaño 3, ISO 9.0, amarilla. Referencia 1113090. UDI-DI 5030267050680. • Cánula Guedel de una sola pieza, verde, ISO 8.0, tamaño 2 (agrupadas de 10 en 10). Referencia 8112080. UDI-DI 5030267091997. • Cánula Guedel de una sola pieza, amarilla, ISO 9.0, tamaño 3 (agrupadas de 10 en 10). Referencia 8113090. UDI-DI 5030267091966. 	
FINALIDAD PREVISTA	
Establecer y mantener unas vías respiratorias permeables.	
Nº LOTE	
Ver nºs de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE	
Intersurgical Ltd., Reino Unido.	
DISTRIBUIDOR	
Intersurgical España S.L.U., C/Plasencia 39, Polígono Industrial Las Nieves, 28935 Móstoles, Madrid.	
ASUNTO	
Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de cánulas Guedel de una sola pieza debido a la posibilidad de presentar pequeñas rebabas de plástico en su interior.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS:	
<ul style="list-style-type: none"> • Nota de aviso empresa • Nota informativa AEMPS PS 36/2025 	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.