

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2025-369	<b>REFERENCIA</b> PS/VBR/123468
<b>PRODUCTO</b> Tarjeta de prueba epoc BGEM BUN (25 unidades). Nº de material: 10736515. GTIN: 00809708121860.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Realización de pruebas de análisis de sangre integrales al lado del paciente en una tarjeta que se almacena a temperatura ambiente.	
<b>Nº LOTE</b> Ver nº <sup>os</sup> de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.	
<b>FABRICANTE</b> Epocal Inc., Canadá.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Siemens Healthineers España. Calle Mahonia, 2, Planta 4ª, Edificio Pórtico. 28043, Madrid.	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad relacionadas con determinados lotes de la tarjeta de prueba epoc BGEM BUN debido a la posibilidad de aparición de un sesgo negativo en el consumo de sodio, lo que podría provocar un retraso en el diagnóstico de la hipernatremia o un tratamiento innecesario de la hiponatremia, y posible revisión de resultados anteriores.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa.</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

