

ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS PRODUCTO FALSIFICADO

Nº DE ALERTA: 2025-372	REFERENCIA PS/VCG/NZ/7725
PRODUCTO Implante de relleno, Sculptra	
FABRICANTE Q-Med AB, Seminariegatan, 21, Uppsala, 75228, Suecia.	
REPRESENTANTE AUTORIZADO N/A	
ASUNTO Detección en el mercado de unidades falsificadas del implante de relleno Sculptra	
INFORMACIÓN ADICIONAL Datos del producto falsificado distribuido por Shenzhen Baishiao Technology Co. Ltd (Hong Kong, China): <ul style="list-style-type: none">• Producto: Implante de relleno Sculptra<ul style="list-style-type: none">○ Nº lote: A6108 y Fecha Caducidad: 12/2026○ Nº lote: A00203 y Fecha Caducidad: 04/04/2027• Distribuidor: Shenzhen Baishiao Technology Co. Ltd (Hong Kong, China). <p>El producto falsificado únicamente se diferencia del producto original, en que se distribuye por la empresa: Shenzhen Baishiao Technology Co. Ltd (Hong Kong, China). En España, el producto original se distribuye por la empresa: Laboratorios Galderma S.A.</p>	
DOCUMENTOS ADJUNTOS <ul style="list-style-type: none">• Nota informativa de la AEMPS, referencia PS, 38/2025	

