

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2025-391	<b>REFERENCIA</b> PS/MJF/124025
<b>PRODUCTO</b> Puerto de acceso Celsite Babyport SET PUR 4,5F IV. Código 4433742, UDI (0)4038653917587.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Administración intravenosa, intraarterial, intratecal, epidural o intraperitoneal (dependiendo modelo) de quimioterapia u otros fármacos, nutrición parenteral, toma de muestras y transfusión de sangre.	
<b>Nº LOTE</b> Ver nºs de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.	
<b>FABRICANTE</b> B. Braun Medical SAS, Francia.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> B. Braun Surgical, S.A, Ctra. Terrassa, 121. 08191 Rubí, Barcelona.	
<b>ASUNTO</b> Retirada del mercado de determinados lotes del puerto de acceso Celsite Babyport SET PUR 4,5F IV, código 4433742, debido a la posibilidad de que el extremo distal del introductor pelable incluido en el kit no sea cónico.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

