

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2025-387	<b>REFERENCIA</b> PS/CMAG/123885
<b>PRODUCTO</b> Tarjetas VITEK 2 AST-GN: <ul style="list-style-type: none"><li>• AST-N427 TEST KIT 20 CARDS. Referencia: 424196</li><li>• AST- AST-XN22 TEST KIT 20 CARDS. Referencia: 424199</li><li>• AST-N443 TEST KIT 20 CARDS. Referencia: 424541</li><li>• AST-N448 TEST KIT 20 CARDS. Referencia: 424633</li></ul>	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Tarjetas de análisis de sensibilidad antimicrobiana destinadas a usarse con el sistema VITEK 2 para el análisis cuantitativo y cualitativo automatizado de la sensibilidad antimicrobiana de bacterias y levaduras.	
<b>FABRICANTE</b> bioMérieux, Inc., EE.UU.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> bioMerieux España, S.A. Calle de Manuel Tovar 45 - 47, 28034 Madrid.	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas referencias de las tarjetas VITEK 2 AST-GN, debido a la posibilidad de encontrar resultados incorrectos de resistencia a colistina (formulación cs02n) al analizar cepas de <i>Pseudomonas aeruginosa</i> y del complejo <i>Acinetobacter baumannii</i> .	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nota de aviso empresa</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

