

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-393	REFERENCIA PS/AVG/123933
PRODUCTO Generador electroquirúrgico ESG-410. Número de referencia: WA91307W. UDI-DI: 4042761086332.	
FINALIDAD PREVISTA Cortar y coagular tejidos en cirugía abierta, cirugía laparoscópica y cirugía endoscópica.	
Nº SERIE Ver nº ^{os} de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Olympus Winter & Ibe GmbH, Alemania.	
DISTRIBUIDOR Olympus Iberia S.A.U. Plaza Europa, 10, L'Hospitalet de Llobregat, 08902, Barcelona.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados generadores electroquirúrgicos ESG-410 de Olympus, debido a la posibilidad de que, por un fallo en un componente electrónico, se genere el mensaje de error: "E0662 Error del sistema", seguido de reinicios únicos automáticos del dispositivo o reinicios continuados en bucle.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

