

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-396	REFERENCIA PS/VBR/124162
PRODUCTO Sutura no absorbible SMARTLOOP (DemeBOND). Código de artículo: 292-1003.	
FINALIDAD PREVISTA Dispositivo utilizado para la fijación de ligamentoplastia en cirugía ortopédica.	
Nº LOTE A102-25.	
FABRICANTE DemeTECH Corporation, Estados Unidos.	
DISTRIBUIDOR MEDCOMTECH, S.A., C/ San Rafael, 1 portal 2 planta baja, local C, 28108, Alcobendas, Madrid.	
ASUNTO Cese de utilización y advertencias de seguridad relacionadas con el lote A102-25 de la sutura no absorbible SMARTLOOP, debido a un error en el etiquetado interno del dispositivo, donde se indica que la fecha de caducidad es 01/01/2023 en lugar de 01/01/2030.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

