

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2025-398	<b>REFERENCIA</b> PS/PL/123120
<b>PRODUCTO</b> Lavadora desinfectadora de endoscopios Soluscope serie 4. Modelos: SL-V4-PA, SL-V4-SA-PA y SL-V4-RO-PA.	
<b>FABRICANTE</b> Soluscope SAS, Francia.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> S.T. ENDOSCOPIA S.A., C/José Isbert 20, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid.	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad relacionadas con la lavadora desinfectadora de endoscopios Soluscope serie 4 debido a una posible contaminación en el conector de prueba de estanqueidad.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nota de aviso empresa</li><li>• Protocolo de desinfección del conector de prueba de estanqueidad</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

