

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-648	REFERENCIA PS/MAM/129992
PRODUCTO CHOLESTEROL HDL DIRECT [TOOS]. Códigos: 1175, 12757, 21594, 23594. UDI-DI: 8435287110HDLDIR2000UV	
FINALIDAD PREVISTA Reactivos para medir la concentración de colesterol HDL.	
Nº LOTE Ver nºs de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE BIOSYSTEMS S.A. España.	
DISTRIBUIDOR Biosystems Biotech Spain SL. Calle Costa Brava 30, Planta 6ª. 08030, Barcelona.	
ASUNTO Cese de utilización de determinados lotes del reactivo CHOLESTEROL HDL DIRECT debido a la posibilidad de que sus características no permanezcan estables hasta la fecha de caducidad asignada y por tanto se obtengan resultados erróneos.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

