

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-655	REFERENCIA PS/MBF/129799
PRODUCTO Tiras Combur10 Test M, referencia 09587624190 y UDI 4015630000838.	
FINALIDAD PREVISTA Tiras reactivas para la determinación in vitro de varios parámetros en orina mediante lectura visual.	
Nº LOTE 84639701	
FABRICANTE Roche Diagnostics GmbH, Alemania.	
DISTRIBUIDOR Roche Diagnostics SLU, Av. Generalitat 171-173 08174, Sant Cugat del Vallès, Barcelona.	
ASUNTO Cese de utilización del lote 84639701 de las tiras Combur10 Test M, debido a la posibilidad de ausencia de la capa funcional en la almohadilla de Leucocitos (Leu), pudiendo causar resultados falsos negativos.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

