

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-652	REFERENCIA PS/PRV/78765
PRODUCTO Neuroestimulador Vanta Modelo 977006 con tecnología AdaptiveStim. UDI: 00763000478087	
FINALIDAD PREVISTA Dispositivo de neuroestimulación que genera impulsos eléctricos y proporciona estimulación a través de uno o más electrodos como parte de un sistema de estimulación para la terapia del dolor.	
FABRICANTE Medtronic, Inc, EE UU.	
DISTRIBUIDOR Medtronic Ibérica S.A., C/ María de Portugal, 11, CP 28050, Madrid.	
ASUNTO Actualización de las advertencias de seguridad relacionadas con el neuroestimulador implantable Vanta, modelo 977006, debido a la posibilidad de que no pueda comunicarse con el programador del médico o con el sistema de programación del paciente.	
INFORMACION ADICIONAL En abril de 2025, el fabricante emitió una nota de aviso para informar que se podían producir fallos de comunicación entre el neuroestimulador VANTA y el programador del médico o con el sistema de programación del paciente. Para evitar el posible riesgo derivado de la imposibilidad de ajustar los parámetros analgésicos, se indicaba contactar con el representante de Medtronic que diagnosticaría y restablecería el neuroestimulador. La AEMPS transmitió esta alerta el 18 de abril de 2022, alerta 2022-180. La empresa está remitiendo una nueva nota de aviso informando de que han desarrollado y actualizado el firmware del neuroestimulador que solucionará el posible problema de comunicación, y retiran del mercado todos los no utilizados con la versión de firmware anterior.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

