

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-651	REFERENCIA PS/RJC/130334
PRODUCTO Unidad analítica cobas c 703. Referencia: 09502971001. UDI: 07613336200544.	
FINALIDAD PREVISTA Analizador de una variedad de pruebas in vitro cuantitativas y cualitativas.	
Nº SERIE Todos los números de serie desde 2401-01 en adelante.	
FABRICANTE Roche Diagnostics GmbH, Alemania.	
DISTRIBUIDOR Roche Diagnostics S.L.U. Av. Generalitat, 171-173, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas unidades analíticas cobas c 703 debido a un posible deterioro prematuro en los tubos de las unidades de lavado de las cubetas de reacción que podría ocasionar resultados incorrectos.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

