

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-663	REFERENCIA PS/RJC/130532
PRODUCTO Clasificador automático de tubos TS-10. REF: BN168792. UDI-DI: 04987562433155.	
FINALIDAD PREVISTA Accesorio para clasificar los tubos de muestra para los analizadores.	
VERSION SOFTWARE Anteriores a la Ver.00-18.	
FABRICANTE Sysmex Corporation Japan, Japón.	
DISTRIBUIDOR <ul style="list-style-type: none">• Sysmex España, S.L., Frederic Mompou, 4B 2ª planta, 08960 Sant Just Desvern, Barcelona.• Roche Diagnostics S.L.U. Av. Generalitat, 171-173, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con los clasificadores automáticos de tubos TS-10 debido a que, bajo condiciones específicas, la fuerza de sujeción electromagnética del elevador podría desactivarse inesperadamente y producirse una caída repentina.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">• Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

