

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-656	REFERENCIA PS/MAM/130356
PRODUCTO Sistemas de anestesia Carestation de las series 600 y 700 que contienen la tarjeta de administración de potencia (PMB): 2076139-001-S. Ver referencias afectadas en la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Diseñados para proporcionar vigilancia anestésica monitorizada, anestesia inhalatoria general y soporte ventilatorio.	
Nº SERIE Fabricados entre el 2 de junio de 2025 (02/06/2025) - 21 de octubre de 2025 (21/10/2025).	
FABRICANTE Datex-Ohmeda, Inc. EEUU.	
DISTRIBUIDOR GE Healthcare España SAU. Calle Gobelas 35- 37, 28023, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas de anestesia Carestation de las series 600 y 700, que contienen las tarjetas de administración de potencia 2076139-001-S, debido a la posibilidad de que se produzca un apagado inesperado cuando se pierde la alimentación eléctrica de la red (AC) o se desconecte.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

