

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2026-120	PS/VBR/128898
PRODUCTO	
Sillas de ruedas eléctricas: <ul style="list-style-type: none"> • Quirumed-Camel Hope YE246. UDI-DI: 08435270743432 • Quirumed-YE245C. UDI-DI: 08435270774009 • Quirumed-YE245C-MAX. UDI-DI: 08435270774528 • Quirumed-WLLC-1115. UDI-DI: 08435270742053 	
Nº SERIE	
Ver nºs de serie afectados en el anexo de la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE	
SHENZHEN YATLL INDUSTRY CO., LTD., China.	
DISTRIBUIDOR	
Quirumed S.L., Calle Corretger 115-117-119, Parque Empresarial Tactica, 46980 Paterna.	
ASUNTO	
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados modelos y números de serie de sillas de ruedas eléctricas Quirumed debido a la posibilidad de que las patas delanteras se doblen si el producto se utiliza fuera de las condiciones especificadas en las instrucciones de uso.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS:	
<ul style="list-style-type: none"> • Nota de aviso empresa • Anexo nºs de serie afectados • Nota informativa AEMPS PS, 13/2026 	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.