

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2026-127	<b>REFERENCIA</b> PS/AVG/134665
<b>PRODUCTO</b> Microcatéter coronario iVascular Navitian. Números de catálogo: <ul style="list-style-type: none"> <li>MCCC14135001. UDI-DI: 08435387311012.</li> <li>MCCC14150001. UDI-DI: 08435387311029.</li> </ul>	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Para paso de guía de alambre y para infusión de medios de contraste o solución salina.	
<b>FABRICANTE</b> Life Vascular Devices Biotech, S.L., España.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Cardiva 2, S.L. Calle de Anabel Segura, 11, Edificio A, 1º, 28108 Alcobendas, Madrid.	
<b>ASUNTO</b> Retirada del mercado de determinadas referencias de los microcatéteres coronarios iVascular Navitian, debido a la posibilidad de pérdida de pequeños fragmentos de material por el deterioro de la capa externa del segmento distal más delgado del dispositivo.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nota de aviso empresa</li> </ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.