

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2026-132	<b>REFERENCIA</b> PS/MAM/134283
<b>PRODUCTO</b> Set de infusión con alas de calibre 21 incluidos en el producto expansores de tejido MENTOR CPX 4. Ver códigos de productos, números UDI y lotes afectados en el anexo 1 de la nota de aviso de la empresa.	
<b>FABRICANTE</b> Mentor. EEUU.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Johnson & Johnson S.A. Paseo Club Deportivo, 16. 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid.	
<b>ASUNTO</b> Cese de utilización y retirada del mercado de determinados sets de infusión con alas de calibre 21 incluidos en el producto expansores de tejido MENTOR CPX 4, debido a la posibilidad de que la punta de la aguja esté roma/desafilada, sea difícil de insertar o se rompa.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

