

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-669	REFERENCIA PS/SSP/130848
PRODUCTO Olerup QTYPE 11, modelos 201.701-10 y 201.701-03.	
FINALIDAD PREVISTA Los kits de tipificación de HLA Olerup QTYPE 11 son pruebas de diagnóstico cualitativo in vitro para la tipificación mediante ADN de los alelos HLA de clase I y clase II.	
Nº LOTE Ver números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE CareDx AB, Suecia.	
DISTRIBUIDOR Diagnostica Longwood S.L. Camino del Pilón 86 Casa 7 Local. 50011 Zaragoza.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados lotes del kit Olerup QTYPE 11, modelos 201.701-10 y 201.701-03, debido a que podrían dar falsos positivos en las muestras DPB1*165:01.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

