

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2026-140	REFERENCIA PS/AVG/135123
PRODUCTO Cable de HF (alta frecuencia) bipolar de Olympus. Referencia: WA00014A. UDI: 04042761076449.	
FINALIDAD PREVISTA Para conectar el generador electroquirúrgico al instrumento o al electrodo de resección HF para la aplicación de la resección TUR en urología, y en ginecología.	
FABRICANTE Olympus Winter & Ibe GmbH, Alemania.	
DISTRIBUIDOR OLYMPUS IBERIA, S.A.U., Pl. Europa, 10, 08902 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con los cables de HF bipolares de Olympus, debido a la posibilidad de que estén dañados si se utilizan después de su vida útil lo que puede provocar daños en usuarios o pacientes.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

