

## ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS PRODUCTO FALSIFICADO

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Nº DE ALERTA:</b><br>2026-136  | <b>REFERENCIA</b><br>PS/VCG/CCF/7828 |
| <b>PRODUCTO</b><br>Cánula nasal de PVC con conexión Luer-Lock para adultos  |                                      |
| <b>FABRICANTE</b><br>Yuyao Hairui Medical Device Co., Ltd, China  |                                      |
| <b>REPRESENTANTE AUTORIZADO</b><br>MedPath GmbH, Alemania   |                                      |
| <b>ASUNTO</b><br>Detección en el mercado europeo de un lote falsificado de cánulas nasales de PVC con conexión Luer-Lock para adultos   |                                      |
| <b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b><br>Datos del producto falsificado: <ul style="list-style-type: none"><li>• Producto: cánula nasal con conexión luer-lock de adultos. Sistema de tubos especiales con cánula nasal para administrar oxígeno concentrado, de la nariz a los pulmones.<ul style="list-style-type: none"><li>○ Nº lote: 24/502898</li><li>○ Referencia:1.4.3.3.5</li></ul></li></ul> <p><b>El producto falsificado ha sido detectado por el importador Alemán Wolfram Droh GmbH el cual ha iniciado la retirada del producto entre los clientes de Alemania.</b></p> <p><b>En España, este producto no consta comunicado en el Registro de Comercialización de Productos sanitarios de la AEMPS. No obstante, no se descarta que pueda haberse comercializado en España.</b></p> |                                      |
| <b>DOCUMENTOS ADJUNTOS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nota informativa de la AEMPS, referencia PS, 14/2026</li></ul>   |                                      |

