

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2026-145	PS/RJC/135721
PRODUCTO	
<ul style="list-style-type: none"> • PALAMIX uno. Número de material: 66057893 • PALAMIX duo. Número de material: 66057897 	
FINALIDAD PREVISTA	
Sistema de mezcla al vacío y aplicación de cementos óseos. Sirve para mezclar cementos óseos y obtener una consistencia lo más homogénea y libre de burbujas posible.	
Nº LOTE	
<ul style="list-style-type: none"> • PALAMIX uno: todos los lotes con numeración inferior a 223060. • PALAMIX duo: todos los lotes con numeración inferior a 520215. 	
FABRICANTE	
Heraeus Medical GmbH, Alemania.	
DISTRIBUIDOR	
HERAEUS, S.A. C/ Valdemorillo 51D, 28925 Alcorcón, Madrid.	
ASUNTO	
Advertencias de seguridad relacionadas con los sistemas de mezcla PALAMIX uno y PALAMIX duo, debido a que el periodo de vida útil indicado en la etiqueta, originalmente de 3 años, se ha reducido a 1,5 años, ya que a partir de dicha antigüedad la varilla mezcladora podría soltarse de su fijación durante el proceso de mezcla.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS:	
<ul style="list-style-type: none"> • Nota de aviso empresa 	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

