

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2026-146	REFERENCIA PS/PRV/135072
PRODUCTO Sistema completo de vacío Kiwi. Modelo: VAC-6000MTE.	
FINALIDAD PREVISTA Sistema de parto fetal desechable asistido por vacío.	
Nº LOTE Ver nºs de lote afectados en la tabla 1 de la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Clinical Innovations LLC, EEUU.	
DISTRIBUIDOR Medical Selection S.L., C/ Trueba y Fernández, 6 (local) 28016 Madrid.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados lotes del sistema completo de vacío Kiwi, modelo VAC-6000MTE, debido a la posible rotura de la articulación del indicador de fuerza de tracción cuando se aplica una fuerza angular al mango.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

