

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2026-148	REFERENCIA PS/PRV/135428
PRODUCTO Inserto tibial de estabilización posterior Optetrak Logic tamaño 3,9 mm. Número de catálogo: 02-012-35-3009	
Nº SERIE B298209 - B298227	
FABRICANTE Exactech, Inc., EEUU.	
DISTRIBUIDOR LEVINNOVA MEDICAL SL., Avenida de los Pinos 8, Bajo, 30009 Murcia.	
ASUNTO Retirada del mercado de los números de serie comprendidos entre B298209 y B298227 de los Insertos tibiales de estabilización posterior Optetrak Logic tamaño 3,9 mm, debido a que fueron envasados sin que la inspección obligatoria de control de calidad para las dimensiones del producto final fuera completada.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

