

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-670	REFERENCIA PS/SSP/129906
PRODUCTO RayStation/RayPlan 10B, 11A, 11B, 12A, 2023B, 2024A, 2024B y v2025 incluidos algunos paquetes de servicio. Ver nombres de producto, números de compilación y UDI-DI afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Sistema de planificación de tratamientos para la radioterapia y la terapia de protones.	
VERSION SOFTWARE 10B - v2025 SP1.	
FABRICANTE RaySearch Laboratories AB (publ), Holanda.	
DISTRIBUIDOR Palex Medical S.A.U. Carrer Jesús Serra Santamans, 5, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas RayStation/RayPlan, debido a la posibilidad de que la invalidación de la dosis de radiación calculada no funcione como está previsto para ciertas regiones de interés (ROI).	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

