

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2026-149	REFERENCIA PS/MBF/135608
PRODUCTO Atellica CH Creatina Quinasa. Referencia: 11097640. UDI: 00630414006642.	
FINALIDAD PREVISTA Determinación cuantitativa de la actividad de la creatina quinasa en plasma o suero humanos en los analizadores Atellica CH y Atellica CI. Este ensayo se utiliza como ayuda en el diagnóstico de enfermedades musculares como la distrofia muscular progresiva de Duchenne.	
Nº LOTE 252591, 252602 y 252612.	
FABRICANTE Siemens Healthcare Diagnostics Inc., Estados Unidos.	
DISTRIBUIDOR Siemens Healthcare S.L.U. Calle Mahonia, 2. 28043, Madrid.	
ASUNTO Cese de utilización de los lotes 252591, 252602 y 252612 del producto de Atellica CH Creatine Kinase debido a la posibilidad de que se produzcan resultados falsamente elevados en pacientes, controles de calidad y/o calibradores al utilizarse en los analizadores Atellica CH y Atellica CI.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

