

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b>	<b>REFERENCIA</b>
2026-151	PS/EML/134767
<b>PRODUCTO</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Electrodos de desfibrilación con reducción de energía pediátricos. Referencia: 11101-000016.</li> <li>Kit de inicio de electrodos de desfibrilación con reducción de energía. Referencia: 11101-000017</li> </ul>	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	
Electrodos de terapia autoadhesivos con gel que posibilitan la desfibrilación manos libres y reducen la energía administrada al paciente en un factor de 4:1.	
<b>Nº LOTES</b>	
315303, 315858, 316007, 318931, 320529, 315639	
<b>FABRICANTE</b>	
Medical (Physio-Control Inc), EEUU.	
<b>DISTRIBUIDOR</b>	
Stryker Iberia S.L., C/ Sepúlveda 17, Alcobendas 28108 Madrid.	
<b>ASUNTO</b>	
Retirada del mercado de determinados números de lotes del kit y de los electrodos de desfibrilación pediátricos con reducción de energía de Physio-Control, referencias 11101-000016 y 11101-000017, debido a la posibilidad de que los electrodos pediátricos presenten delaminación del gel.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nota de aviso empresa</li> </ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

