

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2026-160	PS/PRV/136034
PRODUCTOS	
<ul style="list-style-type: none"> • Kits Adhese 2 DC VivaPen. • Cánulas DC para VivaPen. <p>Ver números de artículo, UDIs y nºs de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.</p>	
FINALIDAD PREVISTA	
Sistema adhesivo para restauraciones dentales al tejido dental duro, acondicionamiento de restauraciones Tetric CAD y sellado de lesiones de la dentina.	
FABRICANTE	
Ivoclar Vivadent AG. Liechtenstein.	
DISTRIBUIDOR	
Ivoclar Vivadent S.L.U. Carretera de Fuencarral nº 24, Portal 1 - Planta Baja. 28108. Alcobendas. Madrid.	
ASUNTO	
Retirada del mercado de determinadas referencias y números de lote de los kits Adhese 2 DC VivaPen y cánulas DC para VivaPen, debido a la posibilidad de que se produzca una reducción de la adhesión a la estructura dental y una posible pérdida de la restauración.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS:	
<ul style="list-style-type: none"> • Nota de aviso empresa para distribuidores. • Nota de aviso empresa para usuarios. 	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.