

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2026-165	PS/RJC/136269
PRODUCTO	
Tubos intrauterinos (tubos IU) de 4 mm de diámetro utilizados en los siguientes aplicadores: <ul style="list-style-type: none"> • CT/MR Applicators (Standard, Ring, Fletcher, Utrecht Interstitial). • Advanced Gynecological Applicator - Venezia. • Geneva Ver números de pieza y descripción en el Anexo 1 de la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA	
Tratamiento de cáncer mediante procedimientos ginecológicos de braquiterapia.	
FABRICANTE	
Nucletron B.V., Países Bajos.	
DISTRIBUIDOR	
Elekta Medical SA, Manuel Tovar 43, 28034 Madrid.	
ASUNTO	
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados tubos intrauterinos de 4 mm de diámetro debido a un posible desprendimiento de la punta.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS:	
<ul style="list-style-type: none"> • Nota de aviso empresa 	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

